



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество «БЕЛИНТЕГРА» (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»),
Место нахождения: Республика Беларусь, 220124, г. Минск, ул. Михася Лынькова, дом 63,
помещение 31;

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 100130911

Номер телефона: (+375 17) 3688502; адрес электронной почты: info@belintegra.by

в лице директора Королькова Юрия Александровича

заявляет, что Облучатели бактерицидные: ОБН-450П; ОБП (54); ОБН 150; ОБНП; ОБН 01;
ОБПН 126; ОБПВ 126; ОББ,

изготовленные Закрытым акционерным обществом «БЕЛИНТЕГРА» (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»),
место нахождения: Республика Беларусь, 220124, г. Минск, ул. Михася Лынькова, дом 63,
помещение 31;

по ТУ ВУ 100130911.018-2012 «Облучатели бактерицидные»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9018 20 000 0, серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза
«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 45-88/0722-1-2021 от 05.07.2021; № 43-88/0772-4-2021 от 19.07.2021,
выданных «Научно-исследовательским центром испытаний средств и измерений БелГИМ»,
аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025

схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация:

Примененные стандарты: СТБ МЭК 60601-1-2-2006 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний»; ГОСТ ИЕС 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»; ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий».

Срок службы продукции – 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.05.2027 включительно



М.П.
(подпись)

Корольков Юрий Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии **ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 002.03 01810**
Дата регистрации декларации о соответствии **27.05.2022**